


von

Drehmomentsensoren



und

Drehmomentmessketten



für

Rechtsdrehmoment

Linksdrehmoment

Wechseldrehmoment

nach den

Kalibriernormen

DIN 51309

EURAMET/cg-14/v.01

DKD-R 3-5

- Drehmomentsensoren
- Kraftsensoren / Wägesensoren
- Messdatenauswertung
- kundenspezifische Systemlösungen
- Prüfstände, Sondersensoren
- DMS-Applizierung
- Werkskalibrierungen



Das Drehmomentnormal unseres akkreditierten Kalibrierlabors dient als Referenznormal für unsere Produktion und für Werkskalibrierungen.

Lorenz Messtechnik GmbH
Obere Schlossstraße 131
D-73553 Alfdorf
Tel. +49 (71 72) 9 37 30-0
Fax +49 (71 72) 9 37 30-22
www.lorenz-sensors.com
E-mail: info@lorenz-sensors.com
www.lorenz-messtechnik.de
E-mail: info@lorenz-messtechnik.de

DKD-K-37801

Drehmomentmessbereich 1 N·m - 200 N·m
Kleinste angebbare Messunsicherheit $1 \cdot 10^{-4}$



Drehmoment-
Bezugsnormal-
Messeinrichtung




DKD

Die Akkreditierung
unseres Kalibrierlabors
erfolgte durch den
Deutschen Kalibrierdienst



- Kalibrierergebnis
- Messunsicherheit
- Klasseneinteilung
- Interpolationsgleichungen
- Messwerte
- Grafische Darstellung der Messergebnisse



Die Rückführbarkeit unserer Kalibrierungen von
Drehmomentsensoren ist durch die
Akkreditierung unseres Kalibrierlabors gewährleistet.

QM-System



Unser bestehendes QM-System nach DIN EN ISO 9001 wurde um die für Laboratorien gültige Norm DIN EN ISO / IEC 17025 erweitert

Der Kalibrierschein ist nur gestempelt und unterschrieben gültig

DKD-Kalibriermarke

Auf den kalibrierten Drehmomentsensoren wird zum Abschluss eine Kalibriermarke angebracht. Die Kalibriermarke und der Kalibrierschein haben die gleiche Nummer.



DKD-Kalibrierscheine werden international anerkannt