

Kalibrierschritte bei DKD-Kalibrierungen

| M_N in N·m | Klasse 1; 2; 5 3-Schritte in N·m | | | Klasse 0,2 und 0,5 5 Schritte in N·m | | | | | Klasse 0,05 und 0,1 8 Schritte in N·m | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|--|----|-----|-----|-----|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | |
| 12 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | | | | | | | | | | |
| 20 | 4 | 12 | 20 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | | |
| 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30 | 5 | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | | | | | | | | | | |
| 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | | |
| 63 | 10 | 40 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | | | | | | | | | | |
| 100 | 20 | 60 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | | |
| 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | | |

Beginn
maximal bei

20 % vom M_N

20 % vom M_N

40 % vom M_N

Klasse 1; 2; 5 kann auch mit 5 Schritten kalibriert werden
Klasse 0,2; 0,5; 1; 2; 5 kann auch mit 8 Schritten kalibriert werden